

江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	产品名称	被抽样单位	标示生产企业	型号规格	生产日期/批号/出厂编号	检验单位	检验结果	不合格项目	备注
1	医用外科口罩	鹰潭君民药业有限公司	南昌市东海医疗器材有限公司	平面形 耳挂式 中号	20220613/20220613/	江西省医疗器械检测中心	不合格	压力差	
2	医用冷敷贴	永丰县恩江镇濠李百信药店	郑州添康采药业有限公司	颈肩腰腿综合型/12×9cm	20210402/210402/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
3	医用外科口罩	抚州市东乡区泉朵拉医疗器械用品有限公司	抚州市东乡区泉朵拉医疗器械用品有限公司	平面形耳挂式 (A型: 无菌) /大号	20220209/20220209/	江西省医疗器械检测中心	不合格	压力差	
4	医用一次性防护服	江西南华医药有限公司	河南和济堂生物科技有限公司	无菌连身式 180	N20220329/N20220329/	江西省医疗器械检测中心	不合格	外观	
5	医用外科口罩	南昌市奥康医疗器械有限公司	南昌市奥康医疗器械有限公司	耳挂式 /17.5cm×9.5cm	20211225/20211225/	江西省医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
6	一次性使用医用口罩	新余钢铁集团有限公司中心医院	江西亿迪菲医疗器械有限公司	耳挂式 中号	20220402/20220402/	江西省医疗器械检测中心	不合格	口罩带	
7	冷敷贴	江西康明医药有限公司	郑州领航医疗器械有限公司	7cm×10cm 5贴/袋×2袋/盒	20210204/20210204/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
8	穴位压力刺激贴	江西百仁实业有限公司	江西百仁实业有限公司	6贴	20211002/20211002/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出双氯芬酸钠	
9	医用外科口罩	鹰潭君民药业有限公司	江西诺亿医疗器械有限公司	挂耳式 (无菌) 14.5cm×9.5c	20210908/20210908/	江西省医疗器械检测中心	不合格	压力差	否认生产