

江西省医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

序号	产品名称	被抽样单位	标示生产企业	型号规格	生产日期/批号/出厂编号	检验单位	检验结果	不合格项目	备注
1	无菌敷贴	江西省肿瘤医院	杭州欣浩医疗科技有限公司	U-6cm×9cm	20221006/20221006/	江西省医疗器械检测中心	不合格	外观,尺寸,尺寸	
2	磁疗贴	江西汇仁堂药品连锁股份有限公司	济南秦鲁药业科技有限公司	QL-D:95mm×130mm×1贴×3袋	2022/02/17/22020905/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
3	医用退热贴	江西黄庆仁栈华氏大药房有限公司余江区总店	成都善嘉生物医药有限责任公司	SJ/TRT(简称退热贴)50×120mm	2022.12.16/221204/	江西省医疗器械检测中心	不合格	检出水杨酸甲酯	
4	医用防护口罩	江西浩心大药房连锁有限公司高新吾悦店	河南中艾健康科技有限公司	折叠耳挂式	2022年11月18日/20221118/	江西省医疗器械检测中心	不合格	无菌,密合性	
5	医用防护口罩	鹰潭市余江区人民医院	河南圣士康医疗器械有限公司	折叠头戴型	2022年09月29日/F20220929/	江西省医疗器械检测中心	不合格	无菌	
6	医用防护口罩	江西纳百汇药业有限公司纳百汇大药房	河北迎宝医疗器械有限公司	耳带型	2022年11月16日/2022/02/	江西省医疗器械检测中心	不合格	密合性	
7	医用一次性防护服	南昌市第四医院	福建省美德医械制造有限公司	无菌型连身式(带鞋套)180	/20221119/	江西省医疗器械检测中心	不合格	无菌	
8	医用一次性防护服	丰城市人民医院	稳健医疗(崇阳)有限公司	连身式170	2022-05-31/202205317/	江西省医疗器械检测中心	不合格	无菌	否认生产
9	一次性使用医用口罩	江西益丰健民大药房连锁有限公司景德镇豪德二期分公司	安徽宜美健医疗用品有限公司	平面型(长*宽)14.5cm×9.5cm	2022年06月10日/202206054/	江西省医疗器械检测中心	不合格	环氧乙烷残留量	
10	医用防护口罩(N95)	丰城市中医院	湖南康之健科技有限公司	折叠型头戴式(无菌型)L(16cm×10cm)±5%	20221008/221008YT/	江西省医疗器械检测中心	不合格	无菌	否认生产